



品 名: 80%水合联氨
批 号: 20221127
级 别: 分析纯
检验依据: Q/GHKJ 269-2017
分 子 式: $H_4 N_2 \cdot H_2 O$
分 子 量: 50.06
检验日期: 2022-11-27

检验项目	指标	检验结果
含量($H_4 N_2 \cdot H_2 O$), %	≥ 80.0	81.6
外观	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤ 0.005	< 0.005
氯化物(Cl), %	≤ 0.002	< 0.002
硫酸盐(SO_4), %	≤ 0.001	< 0.001
铁(Fe), %	≤ 0.0001	< 0.0001
重金属(以Pb计), %	≤ 0.0005	< 0.0005
以下空白		

结论: 本品按Q/GHKJ 269-2017检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 徐佳璇